

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BN223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل نرمال : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۷۹	۰,۱۲۲	۱,۲۳۸	۱,۳۶	۱,۴۸۲	۱,۶۰۴	۱,۷۲۶	۱,۸۴۸	۱,۹۷

مقدار	تاریخ
۱,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۱,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۱,۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۱,۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۱,۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۱,۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۱,۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۱,۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۱,۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۱,۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۱,۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱

CV%: 5.116	SD: 0.081	Mean: 1.582
------------	-----------	-------------

