

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۴۶	۰,۱۹۶	۷,۷۶۵	۷,۹۶۱	۸,۱۵۷	۸,۳۵۳	۸,۵۴۹	۸,۷۴۵	۸,۹۴۱

مقدار	تاریخ
۸,۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۸,۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۸,۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۸,۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۸,۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۸,۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۸,۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۸,۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۸,۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۸,۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۸,۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۸,۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 1.325	SD: 0.111	Mean: 8.378
------------	-----------	-------------

