

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۳	۰,۱۳۶	۷,۹۲۹	۸,۰۶۵	۸,۲۰۱	۸,۳۳۷	۸,۴۷۳	۸,۶۰۹	۸,۷۴۵

مقدار	تاریخ
۸,۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۸,۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۸,۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳
۸,۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۸,۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۸,۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۸,۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۸,۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۸,۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۸,۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۸,۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۸,۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰

CV%: 1.016	SD: 0.085	Mean: 8.338
------------	-----------	-------------

