

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP223
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۴۹	۰,۱۰۴	۸,۰۴۱	۸,۱۴۵	۸,۲۴۹	۸,۳۵۳	۸,۴۵۷	۸,۵۶۱	۸,۶۶۵

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۸,۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۸,۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۸,۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۸,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۸,۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۸,۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱
۸,۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۸,۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۸,۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۸,۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱

CV%: 0.779	SD: 0.065	Mean: 8.339
------------	-----------	-------------

