

عنوان کنترل : کنترل high
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : ۹۹۳۰۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۲۷۱	۱.۱۵۱	۶.۷۶۲	۷.۹۱۳	۹.۰۶۴	۱۰.۲۱۵	۱۱.۳۶۶	۱۲.۵۱۷	۱۳.۶۶۸

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۳

CV%: 15.025	SD: 1.528	Mean: 10.167
-------------	-----------	--------------

