

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

سری ساخت : ۹۹۳۰۲

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۰۲۱	۰.۹۴۹	۷.۶۶۸	۸.۶۱۷	۹.۵۶۶	۱۰.۵۱۵	۱۱.۴۶۴	۱۲.۴۱۲	۱۳.۳۶۲

مقدار	تاریخ
۸.۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۰.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۸.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰.۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۰.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴

CV%: 10.392	SD: 1.026	Mean: 9.871
-------------	-----------	-------------

