

Low Frequency

Blood Galactose	: آزمایش ۱	۱۳۹۷	شنبه ۱۵ دي	تاریخ :
HIGH- کیت	: کنترل	کیمیا پژوهان		کیت :
کیمیا پژوهان	: شرکت سازنده	کیمیا پژوهان		شرکت سازنده :
۹۷۳۰۲	: سری ساخت	۹۷۳۰۲		سری ساخت :
۲۰/۰۹/۲۰۱۹	: تاریخ انقضاء	۲۰/۰۹/۲۰۱۹		تاریخ انقضاء :
بروشور	: مرجع CV مجاز	۱۰.۵		CV مجاز :
۹.۳	: حد پایین	۱۴.۳		حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۲	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۱۸	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۱۱	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۹.۸	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۳۰	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱.۹	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱.۹	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۳	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۱۴	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱.۸	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۱۱	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۲	OK	
۱۳۹۸/۰۱/۲۴	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰.۵	OK	
۱۳۹۷/۱۲/۲۶	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱.۴	OK	
۱۳۹۷/۱۲/۱۲	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۲.۱	OK	
۱۳۹۷/۱۲/۰۵	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰.۲	OK	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۷/۱۱/۲۱	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰.۱	OK	
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰.۱	OK	
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰.۵	OK	
۱۳۹۷/۱۰/۲۳	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۲	OK	

CV : 8.236