

عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

سری ساخت : ۹۹۳۰۲

عنوان آزمایش : Blood Galactose  
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۷۲۳	۱.۰۷۹	۶.۸۲۵	۷.۹۰۴	۸.۹۸۳	۱۰.۰۶۲	۱۱.۱۴۱	۱۲.۲۲	۱۳.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱

CV%: 9.336	SD: 1.109	Mean: 11.875
------------	-----------	--------------

