

عنوان کنترل : عنوان کنترل
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۹۹۳۰۲

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۹۸۱	۱.۲۳۴	۶.۶۰۱	۷.۸۳۵	۹.۰۶۹	۱۰.۳۰۳	۱۱.۵۳۷	۱۲.۷۷۱	۱۴.۰۰۵

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸

CV%: 15.181	SD: 1.708	Mean: 11.25
-------------	-----------	-------------

