

عنوان کنترل : کنترل high
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۹۹۳۰۲

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۴۸۵	۱.۳۷۹	۶.۰۸۶	۷.۴۶۵	۸.۸۴۴	۱۰.۲۲۳	۱۱.۶۰۲	۱۲.۹۸۱	۱۴.۳۶

مقدار	تاریخ
۷.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵

CV%: 16.972	SD: 1.601	Mean: 9.433
-------------	-----------	-------------

