

عنوان کنترل : کنترل high
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

سری ساخت: ۹۹۳۰۲

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۵۲۸	۱,۴	۶,۱۵	۷,۵۵	۸,۹۵	۱۰,۳۵	۱۱,۷۵	۱۳,۱۵	۱۴,۵۵

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۲,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵

CV%: 14.374	SD: 1.581	Mean: 11
-------------	-----------	----------

