

عنوان کنترل : کنترل high  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

عنوان آزمایش : Blood Galactose  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۹۹۳۰۲

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۵.۶۷۴	۱.۵۱۸	۵.۱۳۳	۶.۶۵۱	۸.۱۶۹	۹.۶۸۷	۱۱.۲۰۵	۱۲.۷۲۳	۱۴.۲۴۱

مقدار	تاریخ
۹.۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰

CV%: 3.052	SD: 0.308	Mean: 10.1
------------	-----------	------------

