

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۹:

سری ساخت : ۹۹۳۰۲

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۰۴۳	۱.۰۷۶	۶.۵۱۵	۷.۵۹۱	۸.۶۶۷	۹.۷۴۳	۱۰.۸۱۹	۱۱.۸۹۵	۱۲.۹۷۱

مقدار	تاریخ
۷.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۱.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸

CV%: 17.255	SD: 1.605	Mean: 9.3
-------------	-----------	-----------

