

عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

سری ساخت : ۹۹۳۰۲

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۵,۹۹۲	۰,۵۸	۰,۴۹	۱,۰۷	۱,۶۵	۲,۲۳	۲,۸۱	۳,۳۹	۳,۹۷

مقدار	تاریخ
۲,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 10.58	SD: 0.238	Mean: 2.25
------------	-----------	------------

