

عنوان کنترل : high کنترل
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

سری ساخت: ۹۷۳۰۴

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۷.۶۳۸	۱.۶۱۷	۴.۳۱۹	۵.۹۳۶	۷.۵۵۳	۹.۱۷	۱۰.۷۸۷	۱۲.۴۰۴	۱۴.۰۲۱

مقدار	تاریخ
۸.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۷.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 17.47	SD: 1.638	Mean: 9.375
------------	-----------	-------------

