

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل high
شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۳/۰۴:

عنوان آزمایش : Blood Galactose
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : ۹۷۳۰۴

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱۹.۵۳	۱.۸۱۷	۳.۸۵۴	۵.۶۷۱	۷.۴۸۸	۹.۳۰۵	۱۱.۱۳۲	۱۲.۹۳۹	۱۴.۷۵۶

مقدار	تاریخ
۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۹.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۱.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹

CV%: 25.366	SD: 2.275	Mean: 8.97
-------------	-----------	------------

