

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴	۴,۲	۱۲۸,۸	۱۳۳	۱۳۷,۲	۱۴۱,۴	۱۴۵,۶	۱۴۹,۸	۱۵۴

مقدار	تاریخ
۱۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 3.641	SD: 5.175	Mean: 142.12
------------	-----------	--------------

