

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۹۰۸	۰,۷۵۵	۸۰,۹۱۵	۸۱,۶۷	۸۲,۴۲۵	۸۳,۱۸	۸۳,۹۳۵	۸۴,۶۹	۸۵,۴۴۵

مقدار	تاریخ
۸۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۸۳,۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۸۳,۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۸۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۸۳,۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۸۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۳,۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۸۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۸۲,۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۸۳,۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۸۲,۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۸۳,۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۸۳,۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۸۳,۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۸۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۸۲,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۸۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۸۲,۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۸۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰

CV%: 0.52	SD: 0.433	Mean: 83.28
-----------	-----------	-------------

