

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۵۸۳	۰,۴۸۶	۸۱,۸۱۵	۸۲,۳۰۱	۸۲,۷۸۷	۸۳,۲۷۳	۸۳,۷۵۹	۸۴,۲۴۵	۸۴,۷۳۱

مقدار	تاریخ
۸۳,۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۸۳,۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۸۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۸۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۸۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۸۳,۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۸۳,۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۸۲,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۸۳,۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۸۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۸۲,۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۸۳,۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۸۳,۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۸۳,۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۸۳,۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۸۲,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱

CV%: 0.376	SD: 0.313	Mean: 83.254
------------	-----------	--------------

