

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۳۸۴	۰,۳۲	۸۲,۳۲	۸۲,۶۴	۸۲,۹۶	۸۳,۲۸	۸۳,۶	۸۳,۹۲	۸۴,۲۴

مقدار	تاریخ
۸۳,۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۸۳,۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۸۳,۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۸۳,۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۸۳,۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴

CV%: 0.293	SD: 0.244	Mean: 83.257
------------	-----------	--------------



permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

CA-125 : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۲۱۰۷ Simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۲	۵,۳۳۳	۶۴,۰۰۱	۶۹,۳۳۴	۷۴,۶۶۷	۸۰	۸۵,۳۳۳	۹۰,۶۶۶	۹۵,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵

CV%: 4.11	SD: 3.333	Mean: 81.111
-----------	-----------	--------------

