

Tumor marker I : عنوان کنترل

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CA-125

: عنوان آزمایش

سری ساخت: ۷۰۵۸۲۷

کوباس ۶۰۰۰

: عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴	۱,۲۵۸	۲۷,۶۷۹	۲۸,۹۳۷	۳۰,۱۹۵	۳۱,۴۵۳	۳۲,۷۱۱	۳۳,۹۶۹	۳۵,۲۲۷

مقدار	تاریخ
۳۰,۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۳۰,۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۳۰,۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۲۹,۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۲,۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۳۰,۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۳۱,۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۳۱,۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۳۰,۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۳۰,۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۳۰,۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۳۱,۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۳۲,۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۳۲,۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۳۰,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳

CV%: 2.968	SD: 0.923	Mean: 31.11
------------	-----------	-------------

