

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۰۵۸۲۷
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۵۶	۱,۰۱۵	۲۸,۱۲۸	۲۹,۱۴۳	۳۰,۱۵۸	۳۱,۱۷۳	۳۲,۱۸۸	۳۳,۲۰۳	۳۴,۲۱۸

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱

CV%: 1.843	SD: 0.577	Mean: 31.333
------------	-----------	--------------



Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۵,۵۶۷	۶۷,۵۹۹	۷۳,۱۶۶	۷۸,۷۳۳	۸۴,۳	۸۹,۸۶۷	۹۵,۴۳۴	۱۰۱,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۷۹,۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۷۸,۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۸۱,۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۷۹,۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۸۰,۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۸۶,۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۸۳,۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۸۲,۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۸۴,۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۸۱,۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۸۲,۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵

CV%: 3.57	SD: 2.968	Mean: 83.139
-----------	-----------	--------------

