

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۸۲	۲,۸۱۸	۷۴,۸۶۳	۷۷,۶۸۱	۸۰,۴۹۹	۸۳,۳۱۷	۸۶,۱۳۵	۸۸,۹۵۳	۹۱,۷۷۱

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۸۱,۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۸۲,۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰

CV%: 2.016	SD: 1.678	Mean: 83.253
------------	-----------	--------------

