

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۲۴	۲,۳۳۹	۷۵,۸۳	۷۸,۱۶۹	۸۰,۵۰۸	۸۲,۸۴۷	۸۵,۱۸۶	۸۷,۵۲۵	۸۹,۸۶۴

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۳,۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 1.806	SD: 1.503	Mean: 83.227
------------	-----------	--------------

