

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA-125 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۱۲	۱,۰۹۳	۷۹,۹۸۸	۸۱,۰۸۱	۸۲,۱۷۴	۸۳,۲۶۷	۸۴,۳۶	۸۵,۴۵۳	۸۶,۵۴۶

مقدار	تاریخ
۸۴,۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴
۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۸۲,۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۸۴,۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۸۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۸۲,۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۸۳,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۸۳,۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۸۲,۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۸۲,۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۸۴,۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۸۳,۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
۸۲,۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۸۴,۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱

CV%: 0.804	SD: 0.669	Mean: 83.227
------------	-----------	--------------

