

عنوان کنترل : premiumII
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : Simense
سری ساخت : ec۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱	۲,۸۳۳	۳۳,۰۰۱	۳۵,۸۳۴	۳۸,۶۶۷	۴۱,۵	۴۴,۳۳۳	۴۷,۱۶۶	۴۹,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۴,۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۴۲,۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۱,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱
۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۸,۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۴۰,۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۳۸,۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۴۲,۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۴۳,۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۴۴,۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۳۸,۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۴۲,۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰

CV%: 4.678	SD: 1.935	Mean: 41.36
------------	-----------	-------------

