

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : .


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۸۷۷	۴,۰۸۶	۵۷,۲۶۵	۶۱,۳۵۱	۶۵,۴۳۷	۶۹,۵۲۳	۷۳,۶۰۹	۷۷,۶۹۵	۸۱,۷۸۱

مقدار	تاریخ
۷۴,۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۷۰,۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۶۷,۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۷۴,۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۷۱,۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷

CV%: 3.631	SD: 2.556	Mean: 70.389
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : Tumor Marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : Cobas 6000
سری ساخت : ۶۷۱۱۴۶۹۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲	۱,۵۶۷	۱۷,۸۹۹	۱۹,۴۶۶	۲۱,۰۳۳	۲۲,۶	۲۴,۱۶۷	۲۵,۷۳۴	۲۷,۳۰۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۱,۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۲۲,۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۲۱,۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲۲,۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱
۲۱,۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴

CV%: 4.032	SD: 0.903	Mean: 22.4
------------	-----------	------------

