

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ec۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۱۹	۱,۱۸۶	۴۰,۰۵۵	۴۱,۲۴۱	۴۲,۴۲۷	۴۳,۶۱۳	۴۴,۷۹۹	۴۵,۹۸۵	۴۷,۱۷۱

مقدار	تاریخ
۴۴,۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۴۲,۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۴۴,۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۴۴,۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۴۴,۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۴۳,۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۴,۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۴۲,۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۴۴,۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۴۲,۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۴۲,۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۴۴,۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۴۳,۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۴۴,۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۴۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 1.68	SD: 0.733	Mean: 43.631
-----------	-----------	--------------

