

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ec۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۸۳	۰,۷۷۸	۴۱,۳۲۳	۴۲,۱۰۱	۴۲,۸۷۹	۴۳,۶۵۷	۴۴,۴۳۵	۴۵,۲۱۳	۴۵,۹۹۱

مقدار	تاریخ
۴۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۴۳,۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۴۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۴۴,۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۳,۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۴۴,۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۴۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۴۳,۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۴۴,۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۴۴,۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۳,۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۴۴,۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۴۴,۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۴۲,۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۴۳,۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۴۳,۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰
۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲
۴۴,۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳

CV%: 1.274	SD: 0.556	Mean: 43.621
------------	-----------	--------------

