

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

عنوان آزمایش : CA 19-9  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : .....

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۶	۴۱,۳۴۶	۲۶۶,۰۰۷	۳۰۷,۳۵۳	۳۴۸,۶۹۹	۳۹۰,۰۴۵	۴۳۱,۳۹۱	۴۷۲,۷۳۷	۵۱۴,۰۸۳

مقدار	تاریخ
۴۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۴۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۴۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۳۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۴۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۴۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۴۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۴۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 5.978	SD: 24.977	Mean: 417.8
------------	------------	-------------

