

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۵۶	۱,۲۳۶	۷۰,۹۳۹	۷۲,۱۷۵	۷۳,۴۱۱	۷۴,۶۴۷	۷۵,۸۸۳	۷۷,۱۱۹	۷۸,۳۵۵

مقدار	تاریخ
۷۵,۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۷۴,۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۷۳,۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۷۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۳,۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۷۵,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۷۵,۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۷۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۷۴,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۷۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۷۵,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۷۵,۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۷۵,۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۷۳,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰

CV%: 1.048	SD: 0.781	Mean: 74.572
------------	-----------	--------------

