

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۰۸	۰,۸۲۶	۷۲,۰۷۲	۷۲,۸۹۸	۷۳,۷۲۴	۷۴,۵۵	۷۵,۳۷۶	۷۶,۲۰۲	۷۷,۰۲۸

مقدار	تاریخ
۷۳,۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۷۵,۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۷۴,۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۷۴,۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۷۵,۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۷۳,۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۷۵,۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴

CV%: 0.805	SD: 0.6	Mean: 74.478
------------	---------	--------------



permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۳۷۶ simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۸	۹,۶۶۷	۱۱۷,۹۹۹	۱۲۷,۶۶۶	۱۳۷,۳۳۳	۱۴۷	۱۵۶,۶۶۷	۱۶۶,۳۳۴	۱۷۶,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸

CV%: 3.786	SD: 5.596	Mean: 147.8
------------	-----------	-------------

