

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۳۷۶
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷۸۶	۵,۵۹۶	۱۳۱,۰۱۲	۱۳۶,۶۰۸	۱۴۲,۲۰۴	۱۴۷,۸	۱۵۳,۳۹۶	۱۵۸,۹۹۲	۱۶۴,۵۸۸

مقدار	تاریخ
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹

CV%: 2.453	SD: 3.639	Mean: 148.368
------------	-----------	---------------

