

Tumor marker I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CA 19-9 : عنوان آزمایش :

سری ساخت: ۷۰۵۸۲۷

کوباس ۶۰۰۰

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۴۱۴	۱,۴۹	۱۳,۲۳۶	۱۴,۷۲۶	۱۶,۲۱۶	۱۷,۷۰۶	۱۹,۱۹۶	۲۰,۶۸۶	۲۲,۱۷۶

مقدار	تاریخ
۱۸,۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۱۶,۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۱۸,۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۱۸,۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۱۸,۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۷,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۱۷,۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۸,۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۱۷,۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۱۶,۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۱۷,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳

CV%: 5.216	SD: 0.929	Mean: 17.82
------------	-----------	-------------

