

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۵,۰۶۷	۶۰,۹۹۹	۶۶,۰۶۶	۷۱,۱۳۳	۷۶,۲	۸۱,۲۶۷	۸۶,۳۳۴	۹۱,۴۰۱

مقدار	تاریخ
۷۵,۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۵,۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۷۸,۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۷۵,۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۷۵,۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۷۴,۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۷۵,۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۷۱,۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۷۷,۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۷۴,۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۷۷,۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۷۵,۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۷۸,۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۷۵,۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۷۵,۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۷۵,۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴

CV%: 2.657	SD: 2.03	Mean: 76.417
------------	----------	--------------

