

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : Cobas 6000
سری ساخت : EC۲۱۸۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۵۷	۲,۰۳	۷۰,۳۲۷	۷۲,۳۵۷	۷۴,۳۸۷	۷۶,۴۱۷	۷۸,۴۴۷	۸۰,۴۷۷	۸۲,۵۰۷

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵

CV%: 1.67	SD: 1.282	Mean: 76.75
-----------	-----------	-------------



Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸	۵,۰۶۷	۶۰,۹۹۹	۶۶,۰۶۶	۷۱,۱۳۳	۷۶,۲	۸۱,۲۶۷	۸۶,۳۳۴	۹۱,۴۰۱

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹
۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸

CV%: 4.139	SD: 3.127	Mean: 75.556
------------	-----------	--------------



multichem I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
ABBBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۹	۳,۴۶۷	۲۴,۲۹۹	۲۷,۷۶۶	۳۱,۲۳۳	۳۴,۷	۳۸,۱۶۷	۴۱,۶۳۴	۴۵,۱۰۱

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸

CV%: 6.515	SD: 2.28	Mean: 35
------------	----------	----------

