

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۳۹	۳,۵۶۴	۶۴,۵۰۸	۶۸,۰۷۲	۷۱,۶۳۶	۷۵,۲	۷۸,۷۶۴	۸۲,۳۲۸	۸۵,۸۹۲

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۷۱,۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۷۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۷۸,۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۷۱,۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۷۲,۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۷۱,۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 3.363	SD: 2.505	Mean: 74.485
------------	-----------	--------------

