

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۰۱	۲,۶۸۷	۶۶,۵۵۹	۶۹,۲۴۶	۷۱,۹۳۳	۷۴,۶۲	۷۷,۳۰۷	۷۹,۹۹۴	۸۲,۶۸۱

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰
۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲
۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳

CV%: 2.234	SD: 1.666	Mean: 74.583
------------	-----------	--------------

