

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۱۷	۱,۸۰۳	۶۹,۱۸۴	۷۰,۹۸۷	۷۲,۷۹	۷۴,۵۹۳	۷۶,۳۹۶	۷۸,۱۹۹	۸۰,۰۰۲

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲
۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴
۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۷۴,۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۷۳,۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۷۴,۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۷۵,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۷۳,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۳,۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۷۵,۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
۷۶,۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱

CV%: 1.575	SD: 1.174	Mean: 74.518
------------	-----------	--------------

