

Permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۶۴۴	۴,۰۵۸	۷۵,۱۹۳	۷۹,۲۵۱	۸۳,۳۰۹	۸۷,۳۶۷	۹۱,۴۲۵	۹۵,۴۸۳	۹۹,۵۴۱

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۹۱,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶
۸۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸

CV%: 2.696	SD: 2.334	Mean: 86.58
------------	-----------	-------------

