

Multichem-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۲۲	۱,۳۷۴	۳۴,۸۷۵	۳۶,۲۴۹	۳۷,۶۲۳	۳۸,۹۹۷	۴۰,۳۷۱	۴۱,۷۴۵	۴۳,۱۱۹

مقدار	تاریخ
۳۸,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۴۰,۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۳۹,۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۳۹,۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۷,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۳۹,۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۳۸,۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۴۰,۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۳۷,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۳۹,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۴۰,۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۸,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۴۰,۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۳۷,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۳۹,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۳۷,۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰

CV%: 2.425	SD: 0.946	Mean: 39.036
------------	-----------	--------------

