

Multichem-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۲۵	۰,۹۸۵	۳۶,۰۵۸	۳۷,۰۴۳	۳۸,۰۲۸	۳۹,۰۱۳	۳۹,۹۹۸	۴۰,۹۸۳	۴۱,۹۶۸

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۳۹,۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۹,۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۳۹,۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۳۸,۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۳۸,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱
۳۹,۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۹,۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۳۸,۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۳۹,۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۳۹,۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶

CV%: 1.418	SD: 0.555	Mean: 39.158
------------	-----------	--------------



Permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

CEA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵	۲,۳	۲۷,۸	۳۰,۱	۳۲,۴	۳۴,۷	۳۷	۳۹,۳	۴۱,۶

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴,۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸

CV%: 4.339	SD: 1.517	Mean: 34.967
------------	-----------	--------------

