

Permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

CEA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۳۹	۱,۵۱۷	۳۰,۴۱۶	۳۱,۹۳۳	۳۳,۴۵	۳۴,۹۶۷	۳۶,۴۸۴	۳۸,۰۰۱	۳۹,۵۱۸

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹

CV%: 2.52	SD: 0.882	Mean: 35
-----------	-----------	----------

