

Multichem-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۴۹	۰,۱۵۴	۲,۰۷۸	۲,۲۳۲	۲,۳۸۶	۲,۵۴	۲,۶۹۴	۲,۸۴۸	۳,۰۰۲

مقدار	تاریخ
۲,۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۲,۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۲,۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۲,۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۲,۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۲,۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۲,۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۲,۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۲,۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۲,۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۲,۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۲,۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۲,۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۲,۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۲,۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۲,۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۲,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۲,۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳

CV%: 6.14	SD: 0.15	Mean: 2.448
-----------	----------	-------------

