

Multichem-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۲۸۴	۰,۱۵۷	۲,۰۲۷	۲,۱۸۴	۲,۳۴۱	۲,۴۹۸	۲,۶۵۵	۲,۸۱۲	۲,۹۶۹

مقدار	تاریخ
۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۲,۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۲,۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۲,۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۲,۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۲,۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۲,۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۲,۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۲,۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۲,۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۲,۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۲,۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۲,۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۲,۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۲,۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۲,۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۲,۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱

CV%: 3.397	SD: 0.084	Mean: 2.482
------------	-----------	-------------

