

Multichem-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۹	۰,۰۸۹	۲,۲۲۲	۲,۳۱۱	۲,۴	۲,۴۸۹	۲,۵۷۸	۲,۶۶۷	۲,۷۵۶

مقدار	تاریخ
۲,۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۲,۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۲,۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۲,۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۲,۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۲,۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
۲,۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۲,۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰
۲,۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۲,۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۲,۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۲,۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶
۲,۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۲,۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۲,۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰

CV%: 1.755	SD: 0.044	Mean: 2.488
------------	-----------	-------------

