

Multichem-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۰۶	۰,۰۶	۲,۳۰۹	۲,۳۶۹	۲,۴۲۹	۲,۴۸۹	۲,۵۴۹	۲,۶۰۹	۲,۶۶۹

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۲,۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۲,۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۲,۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۲,۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۲,۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۲,۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۲,۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۲,۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۲,۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۲,۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۲,۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۲,۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۲,۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲,۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۲,۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۲,۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۲,۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۲,۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 1.46	SD: 0.036	Mean: 2.487
-----------	-----------	-------------

