

Multichem-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶	۲,۶۳۳	۳۱,۴۰۱	۳۴,۰۳۴	۳۶,۶۶۷	۳۹,۳	۴۱,۹۳۳	۴۴,۵۶۶	۴۷,۱۹۹

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۳۶,۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۳۷,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
۴۱,۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۳۹,۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۴۱,۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۳۹,۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۳۷,۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۴۰,۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۳۸,۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۴۱,۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰
۴۱,۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲
۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳
۳۷,۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴

CV%: 4.763	SD: 1.863	Mean: 39.115
------------	-----------	--------------

