

LIASON CON : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

سری ساخت: ۲۵۴۳۰۲۲۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM  
عنوان دستگاه : LIAISON

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۵,۵	۲۲	۲۷,۵	۳۳	۳۸,۵	۴۴	۴۹,۵	۵۵

مقدار	تاریخ
۲۷,۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۰,۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۸,۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱

مقدار	تاریخ
۳۶,۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۳۴,۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۶,۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۷,۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲۹,۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۸,۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۴,۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴

CV%: 18.4	SD: 6.361	Mean: 34.571
-----------	-----------	--------------

