

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۱/۲۸:

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : k6927-200302

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۶	۲.۸۳۳	۲.۰۰۱	۵.۸۳۴	۹.۶۶۷	۱۳.۵	۱۷.۳۳۳	۲۱.۱۶۶	۲۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵.۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۲.۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۳.۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۲.۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۲.۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۳.۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶

CV%: 14.783	SD: 1.902	Mean: 12.866
-------------	-----------	--------------

